

ODYOMETRİ LABORATUVARI ELEKTRİK VE YÜKSEK SES GÜVENLİĞİ YÖNERGESİ

1. Amaç:

Yönergenin amacı, Odyometri Laboratuvarı'nda kullanılan tüm elektrikli cihazların ve yüksek ses üreten odyolojik test sistemlerinin güvenli kullanımını sağlamak; öğrenciler, akademik personel, teknik personel ve danışanlar için oluşabilecek riskleri önlemektir.

2. Kapsam:

Yönerge; saf ses odyometre cihazı, konuşma odyometrisi sistemleri, kulaklıklar, insert earphone'lar, hoparlör ve laboratuvar içi tüm elektrik altyapısını kapsar.

Elektrik Güvenliği Esasları:

1. Laboratuvarda kullanılan tüm elektrikli odyolojik cihazlar topraklı prizlere bağlanmalıdır.
2. Uzatma kabloları ve çoklu prizler yalnızca zorunlu durumlarda ve geçici olarak kullanılabilir.
3. Elektrik kablolarında ezilme, kopma, yıpranma veya açık iletken bulunması durumunda cihaz derhal kullanım dışı bırakılır.
4. Laboratuvar cihazlarının periyodik elektrik güvenliği kontrolleri (kaçak akım, topraklama vb.) yetkili teknik servis tarafından yapılır ve kayıt altına alınır.
5. Laboratuvarda sıvı teması riski bulunan alanlarda elektrikli cihaz kullanımı sınırlandırılır.
6. Cihazların bakım, onarım ve kalibrasyon işlemleri yalnızca yetkili personel tarafından gerçekleştirilir.

Yüksek Ses (Akustik) Güvenliği Esasları:

1. Odyometri laboratuvarında yapılan tüm testlerde **güvenli ses düzeyi sınırları** esas alınır.
2. Öğrenciler ve danışanlar, test öncesinde **yüksek ses maruziyeti konusunda bilgilendirilir**.
3. Saf ses ve konuşma odyometrisi sırasında:
 - Gereksiz yüksek uyarım düzeylerinden kaçınılır,
 - Test süresi mümkün olan en kısa sürede tamamlanır.
4. Uzun süreli veya tekrarlayan yüksek ses maruziyeti gerektiren uygulamalarda **dinlenme araları** verilir.
5. Laboratuvarda kullanılan kulaklıklar ve insert earphone'lar düzenli olarak kontrol edilir; deformasyon veya sızdırma durumunda yenilenir.
6. Laboratuvarın havalandırması düzenli aralıklarla kontrol edilir.

3. Acil Durumlar

1. Elektrik çarpması, duman, yanık kokusu veya cihaz arızası durumunda:
Cihaz derhal kapatılır,
Elektrik kaynağı kesilir,
Yetkili birimlere haber verilir.
2. Yüksek ses maruziyetine bağlı rahatsızlık bildiren kişilerin testleri derhal sonlandırılır.